



Portia® Вагинален пръстеновиден песар

PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857



Медицинско изделие за лечение на симптоматичен пролапс на матката при жени.

Твърд полиетилен, диаметър 50 мм -110 мм, дебелина 7,5 мм.

Без латекс, не съдържа метал. Няма специални условия за съхранение. Изхвърляйте съгласно местните разпоредби.

Оразмеряването, поставянето и подмяната на песари се извършва под лекарско ръководство. Сменете песара с нов след максимална препоръчителна употреба в продължение на 6 месеца.

Относно размера - Измерете разстоянието между маточната шийка или вагиналният свод и лонното съчленение, за да установите правилния размер на пръстеновидния песар. Можете да получите ръководство за оразмеряването на песари за изцяло начинаещи от „Bray Group“.

Преди поставянето - Прегледайте и оценете пролапса и вагиналните стени на пациента.

За да поставите - Плъзнете песара във влагалището; той трябва да остане между задната част на свода и лонното съчленение и да не е хлабав.

Противопоказанията могат да включват дискомфорт, кървене, язва, възпаление на таза, инфекция като вагинит, нарушение на режима на лечение от страна на пациента и забавен терапевтичен ефект.

Предупреждения - Ако започнат да се появяват симптоми като прекомерно вагинално кървене, секрет, болка, дразнене или друг страничен ефект, който може да предизвика притеснение, свържете се с лицето, което първоначално е поставила песара, с друг медицински специалист или с производителя. Песарят може да влоши стресовата инконтиненция или да доведе до стресова инконтиненция.

Усложнения могат да възникнат, когато подмяната на песара се забави или при самолечение без надзора на медицински специалист.



Онлайн инструкции, видеоклипове и преводи можете да намерите на адрес: www.portiapessaries.com



Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855
Langenhagen



Bray Group Ltd
1-5 Regal Way
Faringdon SN7 7BX
United Kingdom
+44 (0) 1367 240736