



Pessario Vaginale ad Anello



Dispositivo medico per il trattamento sintomatico del prolasso uterino nelle donne.



Polietilene rigido, 50 mm-100 mm di diametro, spessore sottile da 7,5 mm.

MD

Privo di lattice, non contiene metalli. Condizioni speciali di conservazione: nessuna. Smaltire secondo le normative locali.

La misurazione, l'inserimento e la sostituzione del pessario sono da effettuare dietro la guida di un medico. Sostituire il pessario con uno nuovo dopo un massimo raccomandato di 6 mesi di utilizzo.

Per la misurazione: misurare la distanza fra la cervice o cupola vaginale e la sinfisi pubica per determinare la misura corretta dell'anello del pessario. Bray Group mette a disposizione una guida alle taglie (Portia Sizing Guide) lavabile con una salvietta.

Prima dell'inserimento: effettuare un esame per valutare il prolasso della paziente e le pareti vaginali.

Inserimento: infilare il pessario all'interno della vagina. Il dispositivo dovrebbe essere alloggiato fra il fornice posteriore e la sinfisi pubica e non essere lasco.

Fra le possibili **controindicazioni** vi sono: disagio durante l'inserimento, sanguinamento, ulcerazione, infiammazione della pelvi, infezioni quali vaginite, non-compliance della paziente e follow-up ritardato.

Avvertenze: in caso di comparsa di sintomi quali eccessivo sanguinamento vaginale, perdite, dolore, irritazione o altri effetti collaterali che possano destare preoccupazione, contattare chi ha originariamente inserito il pessario, un altro medico o il produttore. I pessari possono peggiorare o rendere conclamata un'incontinenza da stress.

Possono insorgere **complicazioni** quando la sostituzione del pessario viene ritardata o nei casi di autogestione senza la supervisione di un professionista sanitario.



Istruzioni in formato elettronico, video e traduzioni si possono consultare sul sito www.bray-healthcare.com/product/pessary-ring-rigid-polythene





Bray Group Ltd 1-5 Regal Way Faringdon SN7 7BX United Kingdom +44 (0) 1367 240736

